

2020-2021 上学期末中药学院教学实验室安全检查整改通报

根据教育部发布的《高等学校实验室安全检查项目表》的指导要求，学院组织人员于1月28日上午09:00对中药学院教学实验室开展了专项安全检查，对标各项检查要求发现问题及整改建议如下：

一、化学品有序分类存放，控制存放总量，有化学品标签，定期清理过期药品。检查人：李润美



1、A509 分析实验准备室因为疫情原因导致剩余库存试剂较多。（另检查时由于正在安装试剂柜通风管，准备室物品堆积未规整，截止目前已经整改完成。）

整改意见：彻底清查试剂种类和数量，下学期计划相应缩减。

2、A207 仪器室试剂柜未将固体和液体分开存放。**整改意见：按要求按化学特性及固体和液体试剂分开存放。**

试剂名称	入库数量	出库数量	库存数量	单位	规格	供货单位	时间	保存地址	经手人	用途
苯酚	3		3	瓶	50/瓶		2015.5.14		李XX	教学实验



3、B328 药理实验室药品柜试剂和药品同柜存放，有过期药品，药品台帐不完善。整改意见：将药品和试剂类药品分类分柜存放，台帐补充药品批号，保质期等信息，过期药品继续使用须注明理由。麻醉药品设立专用台帐，有双人出入领用记录。



4、C119 无机化学实验室由于准备室试剂柜未安装通风装置，开柜门通风方法不妥当，整改意见：申报安装试剂柜抽风机。另学期末用完的易制毒试剂仍放置在通风橱。**整改意见：清理分类后即刻转移至危化品仓库。**

二、实验室场所安全检查。检查人：欧立娟

1. 所有实验室房间号编号规则有序。

2. 所有实验室走廊均配备了急救药箱，药箱不上锁、药品在保质期内。
3. 所有检查的实验室无电动车、自行车等物品。
4. 除炮制实验室（实验必需）外其他实验室无烹饪工具、食物及吸烟痕迹。
5. 所有检查的实验室均无席子、被褥、床等物品。

三、化学废弃物处理管理检查。要求实验固体和生活垃圾不混放，不向下水道倾倒废旧化学试剂和废液。锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中。检查人：谭永恒



经查实验室大部分都已经按分类要求放置分类垃圾桶和废弃试剂专用桶，药理学实验室还未放置。整改意见：尽快按照实验室废弃物特性购置相应的分类垃圾桶。

四、易制毒品和易制爆品的存放管理、气体钢瓶使用管理。检查人：

陈金曼



1、药剂学部大型仪器实验室 A206 气瓶摆放合理，有放倒链固定在墙上；有气体钢瓶台账以及使用状态标识。



2、药剂学部化工原理实验室 B122 气体钢瓶横向放置。(但经和课程负责老师沟通,超临界萃取实验的特殊性要求,需将气瓶横向摆放。)

五、建立实验室房间值日台账,实验室消防通道保持通畅,实验室卫生与日常管理。检查人:叶会呈

- 1、实验室运行记录都齐全,消防通道通畅、良好。
- 2、药剂实验室、资源学部实验室、制药工程实验室缺乏风险警示标识。**整改意见: 购买风险警示标识在实验室风险源附近张贴。**





3、C328 药理准备室、C119 无机准备室杂乱无章，A207 药剂准备室布满灰尘。**整改意见：清理杂物，规整收纳，清洁卫生。**

六、实验室冰箱存放物品标识明确，有清理记录，试剂密封完好，不放置食品；使用电炉等及时拔除电源插头，不使用电炉加热易燃易爆试剂。检查人：龚晶



1、A305 药剂实验室、A304 炮制实验室、A205 仪器室及 B212 药植鉴定室内冰箱存放的药材及试剂的标识不明，有些仅有品名，没有使用人、日期等信息。**整改意见：标明相关信息，经常清理，并填写清理记录。**



2、A207 药剂实验室冰箱存放大量的碘，标识不明。**整改意见：标明相关信息，并确认是否需要这些数量的碘，及时清理，填写清理**

记录。

请以上需要整改的实验室尽快按照整改意见处理，并填写《中药学院教学实验室安全检查整改实施时间表》，于 2021 年 1 月 31 日前各中心主任汇总后发至李润美邮箱。

实验教学示范中心

2021. 1. 29